

PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023

4 mensagens

NUNES, ROSELENE BATISTUCCI <r.nunes@siemens-healthineers.com>

28 de setembro de 2023 às 18:20

Para: "pregoeirospmformiga@gmail.com" <pregoeirospmformiga@gmail.com>

Cc: "Marques, Maite Queiroz" <maite.marques@siemens-healthineers.com>, "Pizoni, Thiago" <thiago.pizoni@siemens-healthineers.com>, "Nona, Marco Aurelio De Oliveira" <marco.nona@siemens-healthineers.com>

Prezado pregoeiro,

Vimos por meio desta solicitar esclarecimentos sobre o Pregão em referência.

Somos o fabricante do item 3, **APARELHO DE RAIOS X**, e temos total interesse em participar do pregão.

EDITAL							COMENTÁRIOS
3	6.005.69651	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de raio-X, modelo Siemens Multix Select DR	Serviço	12	R\$2.950,00	R\$35.400,00	Gentileza nos informar o número de série do aparelho de Raio X.
Nº de série		Nome lista		Denominação			Em nosso sistema localizamos o número de série 50057.
50057		MUNICIPIO DE FORMIGA		MULTIX SELECT DR			Poderiam confirmar por gentileza?
<p>21. EXECUÇÃO DO OBJETO DO EDITAL</p> <p>E</p> <p>6. EXECUÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA</p> <p>21.1. Toda montagem, desmontagem, instalação, deslocamento e transporte referente à manutenção corretiva ou preventiva, reparo e substituição de peças é de responsabilidade da Contratada, sendo esta incumbida de todos os encargos e dispêndios relacionados à execução do objeto.</p> <p>21.2. A empresa prestadora dos serviços terá no máximo 12 (doze) horas após o chamado para executar os serviços no local solicitado;</p> <p>21.3. Todos os serviços que se verifiquem em continuidade de problemas, dentro do prazo de garantia estipulado nesse Edital e Termo de Referência, deverão ser reavaliados e reexecutados no prazo máximo de 12 (doze) horas, sem ônus para o Município.</p>							<p>Cláusula 21.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Como trata-se de um contrato de manutenção e considerando que a manutenção será realizada no local onde o equipamento está instalado, entendemos que a os termos: "montagem, desmontagem, instalação" não se aplicam. Esta

21.9. Deverá ser estabelecido um sistema de comunicação constante com a contratante adequado. A contratada deverá fornecer o apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana, via telefone; quanto ao grupo gerador, para suprir possíveis emergências, já que este compõe o sistema integrado de emergência da Unidade de Pronto Atendimento

correto nosso entendimento?

- Favor esclarecer a cobertura de peças do aparelho de Raio X o que implica diretamente no valor a ser contratado.

Cláusula 21.2

O prazo de atendimento de 12 horas é impraticável.

Seria possível ajustar para até 24 horas úteis visto que os atendimentos ocorrerão em horário comercial?

Cláusula 21.3

Mantemos estoque de peças em São Paulo, desta forma caso haja algum problema de peças, será necessário o tempo para envio.

Seria possível ajustar o prazo de reexecução para 24 horas?

Cláusula 21.9

Dispomos de um canal de atendimento 24 X 7, porém realiza somente o registro do chamado.

Gentileza esclarecer se deverá ser previsto atendimento emergencial fora do horário comercial.

Cláusula 21.13.2

Conforme determinação da fábrica (manual do fabricante) a

21.13. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO RAIO-X DO EDITAL

E

6.13 Manutenção preventiva e corretiva do raio-X DO TERMO DE REFERÊNCIA

21.13.1. Os serviços deverão ser executados, no Centro de Imagens, situado na Rua: Floriano Peixoto, nº121, Bairro: Centro;

21.13.2. A manutenção preventiva do raio-X contemplará o revisionamento e vistoria técnica na aparelhagem trimestralmente;

21.13.3. A manutenção corretiva, deverá ser executada em até 12 (doze) horas, mediante chamado.

21.13.4. O serviço deverão ser executados em conformidade com as especificações delineados no Manual do equipamento;

21.13.5. A manutenção preventiva envolverá serviços como a limpeza e lubrificação de canaletas, limpeza do CPU e do gerador de HF com nitrogênio, inspeção de corrente e tensão de fases R.S.T, teste de segurança elétrica com analisador, calibração de colimador, lubrificação de peças móveis da mesma e Buck, limpeza de cabos e conectores do sensor DR; Aperto com o torquímetro em todos os parafusos da parte de fixação e elétrica;

21.13.6. A contratada deverá possuir cronograma de execução com acesso remoto para a coordenação do Centro de Imagens

21.13.7. O serviço de manutenção do raio-X incluirá vistorias técnicas no sistema elétrico do aparelho, sendo de responsabilidade da contratada, a realização do teste de segurança elétrica anual, com emissão do laudo comprovativo, contemplando, as verificações no mínimo: nível de tensão de rede sem terra; tensão de fuga para o terra; corrente de fuga para o terra geral; corrente de fuga através do gabinete; corrente de fuga através do doador/paciente/operador, quando aplicável, corrente auxiliar através do doador/paciente/operador, quando aplicável.

manutenção preventiva deste equipamento é anual, não sendo necessária ser realizada trimestralmente, além disto a manutenção preventiva é ilimitada.

Gentileza reavaliar.

Cláusula 21.13.3

O prazo de atendimento de 12 horas é impraticável.

Seria possível ajustar para até 24 horas úteis visto que os atendimentos ocorrerão em horário comercial?

Atenciosamente,

Roselene B. Nunes
Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.

SHS AM LAM CS BM S BRA

Av Mutinga, 3800 - 4º Andar

Cep: 05110-902 São Paulo-SP, Brasil

mailto: r.nunes@siemens-healthineers.com



EDITAL-DE-PREGAO-ELETRONICO-066-2023.pdf
930K

Pregoeiros Prefeitura de Formiga <pregoeirospmformiga@gmail.com>
Para: SAÚDE COMPRAS <compra07saude@gmail.com>

29 de setembro de 2023 às 10:38

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

5	6.005.69001	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de raios-X, modelo Siemens Multix Select DR	Serviço	12	R\$2.950,00	R\$35.400,00
---	-------------	--	---------	----	-------------	--------------

image001.png
29K

5	6.005.69001	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de raios-X, modelo Siemens Multix Select DR	Serviço	12	R\$2.950,00	R\$35.400,00
---	-------------	--	---------	----	-------------	--------------

image001.png
29K

 **EDITAL-DE-PREGAO-ELETRONICO-066-2023.pdf**
930K

NUNES, ROSELENE BATISTUCCI <r.nunes@siemens-healthineers.com>
Para: "pregoeirospmformiga@gmail.com" <pregoeirospmformiga@gmail.com>

2 de outubro de 2023 às 17:13

Prezados,

Algum retorno sobre nosso pedido de esclarecimento?

Atenciosamente,

Roselene B. Nunes
Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.

SHS AM LAM CS BM S BRA

Av Mutinga, 3800 - 4º Andar

Cep: 05110-902 São Paulo-SP, Brasil

mailto: r.nunes@siemens-healthineers.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregoeiros Prefeitura de Formiga <pregoeirospmformiga@gmail.com>
Para: SAÚDE COMPRAS <compra07saude@gmail.com>

3 de outubro de 2023 às 07:28

----- Forwarded message -----

De: **NUNES, ROSELENE BATISTUCCI** <r.nunes@siemens-healthineers.com>

Date: qui., 28 de set. de 2023 às 18:20

Subject: PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2023

To: pregoeirospmformiga@gmail.com <pregoeirospmformiga@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

5	6.005.69001	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de raios-X, modelo Siemens Multix Select DR	Serviço	12	R\$2.950,00	R\$35.400,00
---	-------------	--	---------	----	-------------	--------------

image001.png
29K

5	6.005.69001	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do aparelho de raios-X, modelo Siemens Multix Select DR	Serviço	12	R\$2.950,00	R\$35.400,00
---	-------------	--	---------	----	-------------	--------------

image001.png
29K

 **EDITAL-DE-PREGAO-ELETRONICO-066-2023.pdf**
930K